

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO, INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

O presente Termo de Referência visa subsidiar a Administração na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

Este Termo de Referência apresenta as demandas, orientações, especificações técnicas, quantificações e demais indicativos para Contratação de empresa especializada para atender as necessidade da

Secretaria de Saúde do Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE.

Essa orientação será no que tange as condições da licitação e a contratação que se seguirá com o licitante vencedor. Poderá sofrer variações de conteúdo em vista das peculiaridades da Administração e, principalmente, do objeto licitatório. Serve de supedâneo para a Administração elaborar seu próprio Termo de Referência.

Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para o 1.4. tornecimento dos produtos descritos e deve ser considerado como complementar às demais exigências do

processo licitatório e dos documentos contratuais.

FUNDAMENTO LEGAL - Na Lei 10.520/02 aplicando-se subsidiariamente na Lei 8.666/93 de 21 de 1.5. junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, e pelas disposições contidas no edital e seus anexos.

2. DA MOTIVAÇÃO

A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DEVE-SE À NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO E BOM FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA PELA SECRATARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

MANUTENÇÃO TORNA-SE IMPRECINDÍVEL O USO DESSES MATERIAIS PARA A DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, GARANTIDO O DIREITO

AO BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

3. DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS

Os produtos a serem adquiridos deverão estar em conformidade com as especificações constantes no 3.1. anexo.

ITEM	PRODUTO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO COM CAPACIDADE DE RESULTADOS DE 100 AMOSTRAS/HORA. ACESSO RANDÔMICO, TOTALMENTE AUTOMATIZADO. COMPARTIMENTO REFRIGERADO 24H PARA REAGENTES PARA NO MÍNIMO 30 POSIÇÕES, NO MÍNIMO 63 POSIÇÕES DE AMOSTRA E 969 CUBETAS. SISTEMA OPTICO COM 7 COMPRIMENTOS DE ONDA:340-620 NM. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO :37 GRAUS °C + 0,1 GRAU °C. METODOLOGIAS: COMPATÍVEIS COM AS TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA. PROGRAMAÇÃO: SISTEMA ABERTO, COM PERFIS E CÁLCULOS QUÍMICOS DEFINIDOS PELO USUÁRIO. SOFTWARE EFICIENTE E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. RÉ E PÓS DILUIÇÃO DE AMOSTRAS. PERMITE	UND	1	R\$ 69.360,00	R\$ 69.360,00





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	CARREGAMENTO CONTINUO DAS URGÊNCIAS SEM COMPROMETER A ROTINA EM ANDAMENTO. CONTROLE DE QUALIDADE COMPLETO. PORTA USB. MEMORIA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 5000 RESULTADOS E 200 PROGRAMAÇÕES DE REAGENTES. ALIMENTAÇÃO A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE 13 OU AMD				
2	A 10 OU SIMILAR; POSSUIR UM DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 8 GIGABYTES, EM DOIS MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZOU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA DEVE TER ARQUITETURA ATX,MICROATX,BTX OU MICROBTX,CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE WWW.FORMFACTORS.ORG.ORGANISMO QUE DEFINE PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PC1-EXPRESS 2.0X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETENÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 2 DUAS SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI,DISPLAY PORT. OU DVI;UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD,DVD ROM; TECLADO USB,ABNT,107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB,800DP1,2 BOTOES,SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POLEGADAS WIDESCREEN 16:9 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS; FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTA TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE PERIFÉRICO DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL E HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO ,MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	3	R\$ 4.182,00	R\$ 12.546,00
3	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA ADULTO, POSSUIR RODÍZIOS, COM COLCHÃO	UND	6	R\$ 8.160,00	R\$ 48,960,00

CNPJ: 23.718.034/0001-11





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	HOSPITALAR MÍNIMO D 28, MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA EM AÇO FERRO PINTADO, ACIONAMENTO POR 03 MANIVELAS, CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO, GRADES LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL E POSSUIR RODÍZIOS. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA				
4	MONITOR MULTIPARAMETROS 5 PARÂMETROS BÁSICOS (ECG/RESP/SPO2/PN1/TEMP) MONITOR PRE CONFIGURADO DE 10" A 12" POLEGADAS POSSUIR SUPORTE PARA MONITOR. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	3	R\$ 15.810,00	R\$ 47.430,00
5	BISTURI ELÉTRICO ATÉ (150 W) POSSUIR ALARME E FUNÇÃO BIPOLAR. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	1	R\$ 8.670,00	R\$ 8.670,00
6	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL DE MÃO E SENSOR SPO2 GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	2	R\$ 2.703,00	R\$ 5.406,00
7	CARRO DE EMERGÊNCIA POSSUIR SUPORTE PARA CILINDRO, DE SORO, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, TABUA DE MASSAGEM COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M E POSSUIR 4 A 6 GAVETAS. GARANTIA DE 12 MESES POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	1	R\$ 2.841,21	R\$ 2.841,21
8	MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	1	R\$ 880,31	R\$ 880,31
9	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL LED 81.000 A 130.000 LUX PEDESTAL COM RODÍZIOS, BRAÇO ARTICULADO, PAR DE MANOPLAS AUTOLAVÁVEIS, AJUSTE DE LUMINOSA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	1	R\$ 21.420,00	R\$ 21.420,00
10	APARELHO DE ANESTESIA EQUIPAMENTO MICRO PROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM	UND		R\$ 132.600,00	R\$ 132.600,00

CNPJ: 23.718.034/0001-11

Rua Minas Gerais, 420 - Centro = Jijoca de Jericoacoara = Ceará = Brasil.







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATERIAL NÃO OXIDANTE, DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM FREIOS EM PELO MENOS DOIS DELES, MESA DE TRABALHO E BANDEJA PARA APOIO DE MONITORES. COM SISTEMA DE AUTO TESTE AO LIGAR O EQUIPMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXOMETRO COM ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO NO MÍNIMO PARA OXIGÊNIO (O2) E OXIDO NITROSO (NZO), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (NZO). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ALTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE OZ VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE OZ VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR DE VEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILLAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA, POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO POR POSSUIR FORMATIOS POR SESSÓN DE POCO, MEDIO PERPO SOR DE PRESSÃO COM NOMITORIZAÇÃO DO TRADOR SOR POR POR POR POR POR POR POR POR POR P				
RODÍZIOS COM FREIOS EM PELO MENOS DOIS DELES, MESA DE TRABALHO E BANDEJA PARA APOIO DE MONITORES. COM SISTEMA DE AUTO TESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALIHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXOMETRO COM ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO NO MÍNIMO PARA OXIGÊNIO (O2) E OXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O), VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENCÂTE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE O2 VAPORIZADOR DE SE COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR), VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LOD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO CONTROLADA VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / SEPONTÂMEA. POSSUIR FORGURA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIA, FULXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIA, FULXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIA, FULXO E TEMPO INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FALXAS DE AJUSTES NECESSÂRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESSOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELLO MENOS: VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FULXO E TEMPO INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FALXAS DE AJUSTES NECESSÂRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATIAIS A OBESSOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELLO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS	T	MATERIAL NÃO OXIDANTE DOTADO DE GAVETAS E		
DELES, MESA DE TRABALHO E BANDEJA PARA APOIO DE MONITORES. COM SISTEMA DE AUTO TESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXO MO MÍNIMO PARA OXIGÊNIO (O2) E OXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O), VÁLVULAS PARA AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O), VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBLIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE O2 VAPORIZADORES E GOM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUIDO VAPORIZADOR), VENTILADOR ELETROÑICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A POSSOU POSSIBLIDADE POR ENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETES, PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIA, FULIXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / DE POLO MINUTOS.		PODETION COM EDEION EM DELO MENOS DOIS		
APOIO DE MONITORES. COM SISTEMA DE AUTO TESTE AO LIGARO E GUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXOMETRO COM ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO NO MÍNIMO PARA OXIGÊNIO (O2) E OXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE O2 VAPORIZADOR DO SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUIDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÓNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILAÇÃO CON VENTILAÇÃO CONTROLADA A VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA, POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIO ARSIDADA POLIDADA POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINITOR, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MINIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO ANDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES ALDIOVISUAIS E CONFIGURAVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMÍA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS.		RUDIZIOS COM PREMOS EM LEGO MENOS BOLD		
TESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXOMETRO COM ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO NO MÍNIMO PARA OXIGÊNIO (02) E OXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (02) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENCATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILAÇÃO COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR FOLIXA ESPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FALXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ. PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MINIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES ALDIOVISUAIS E CONFIGURAVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL		DELES, MESA DE TRABALHO E DANDEJA FARA		
DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXOMETRO COM BECALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO NO MÍNIMO PARA OXIGÊNIO (02) E OXIDO NITROSO (N20), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (02) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N20). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENCATE RÁPIDO. PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA, POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÁMETROS: PERESSÁO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME E FLUXO X VOLUME ALARMES		APOIO DE MONITORES. COM SISTEMA DE AUTO	1	
ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXOMETRO COM ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO NO MÍNIMO PARA OXIGÊNIO (02) E OXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (02) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE PELO MENOS: VOLUME ALARMES SADIOVISUADIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMÍA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		TESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES	1	
ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO NO MÍNIMO PARA OXIGÊNIO (O2) E OXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE O2 VAPORIZADOR DE TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE O2 VAPORIZADOR DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LOD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME. VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME. VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO POR PRESSÃO MÁZIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPRATÓRIO, PEEP E PAUSA OR PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X		DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC.		
ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO NO MÍNIMO PARA OXIGÊNIO (O2) E OXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE O2 VAPORIZADOR DE TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE O2 VAPORIZADOR DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LOD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME. VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME. VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO INTERMITENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO POR PRESSÃO MÁZIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPRATÓRIO, PEEP E PAUSA OR PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X		ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXOMETRO COM		
OXIGÉNIO (O2) E OXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÉNIO (O2) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O), VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE O2 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂMEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTES PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP P PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATO	1	ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO NO MÍNIMO PARA		
SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (02) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORSE E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP P PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP P PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP P PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NECESSÃO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÂVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		OXIGÊNIO (O2) E OXIDO NITROSO (N2O), PODENDO		
MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENCATE RÁPIDO, PERMÍTIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENCATE RÁPIDO, PERMÍTIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADOR DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMÍTE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR, VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEER E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEER E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA I	1	SED HMA TINICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM		
OXIGÊNIO (O2) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE OZ VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA OL VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP PAUSA INSPIRATÓRIA — TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEPP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE SO MÍNIMOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		MONITOPAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA		
(N2O). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE O2 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA, POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE A JUSTES PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDÍMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP, MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PERSSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		OVICÉNIO (O2) AP COMPRIMIDO E OVIDO NITROSO		
PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE OZ VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA O1 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR), VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA — TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP, MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO	1	ONIGENIO (02) AR COMPRIMIDO E ORIDO MITROS		
PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA — TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NECONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP, MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		(NZU). VALVULAS PARA CONTROLE DE PLOAG E		
INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		PRESSAU COM SISTEMA DE SEGURANÇA FARA		
AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA, POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATORIO / EXPIRATORIO / EXPIRATORIO / EXPIRATORIO / EXPIRATORIO / E		PROTEGER O PACIENTE DE PRESSAO E PLUXOS		
CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO				
EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA. VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE		
VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERNITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PECEN ESONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFFERCER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE		
RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATORIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFFRECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA.		
VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SECURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA – TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE		
VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÔRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02		
PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA — TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁGIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA		
SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA. VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO		
VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01		
PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE		
VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERCER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR).		
DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		VENTU ADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM		
MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA – TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		DISDLAY LCD COM TELA COLORIDA POSSIIIR PELO		
VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA — TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS:		
VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA – TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		WENUS AS MODALIDADES VERTILATORIUS.		
POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM		
MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA – TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIOZ, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM		
PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE		
ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		MANDATORIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR		
PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA – TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERCER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		PRESSAO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL /		
VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA – TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		ESPONTANEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA		
FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATORIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		PELO MENOS OS PARAMETROS: PRESSAO MAXIMA,		
PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA – TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		VOLUME CORRENTE, FREQUENCIA RESPIRATORIA,		
CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÂFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		FLUXO E TEMPO INSPIRATORIO / EXPIRATORIO,		
NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		PEEP E PAUSA INSPIRATORIA - TODOS OS		
PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES		
MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE		
MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS.		
CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÂFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO				
PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE		
NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		PICO, MEDIA PEEP, MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE		
OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA		
DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS		
ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME.		
OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		ALARMES AUDIOVISITAIS E CONFIGURÁVEIS PELO		
COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		OPERADOR PATERIA INTERNA RECARRECÁVEI		
DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO		COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 20 MINUTOS		
		COM AUTONOMIA DE NO MINIMO DE 30 MINOTOS.		
MINIMO:0Z VAPORIZADORES CALIBRADOS DE				
		MINIMO:UZ VAPOKIZADOKES CALIBRADOS DE		





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

				T	
	ENGATE RÁPIDO, 02 CIRCUITOS PACIENTES COMPLETOS ADULTO/PEDIÁTRICO E 02 NEONATAIS COM MASCARAS, FABRICADOS EM SILICONE AUTOLAVÁVEL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANGUEIRAS DE EXTENSÃO PARA AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO (02) E OXIDO NITROSO (N20), BALÃO PARA VENTILAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA				
11	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, COM REVESTIMENTO EM ABS OU MATERIAL SUPERIOR, COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVÉS DE RODÍZIOS. A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE TRAVA ACIONADA POR PEDAL, COM SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIOR FIXAÇÃO AO PISO. COLUNA COM GUIAS COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI DO TAMPO COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIVIDIDO EM NO MÍNIMO 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO E PERNAS. RÉGUAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. TAMPO RADIO TRANSPARENTE PARA USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM, RX EM TODA SUA EXTENSÃO, DIVIDIDO EM 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, PERNAS. OS MOVIMENTOS DE TREDELEMBURG, REVERSO DE TRENDELEMBUG, LATERAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO, DORSO, PERNAS E RENAL DEVERÃO SER ACIONADOS POR MANIVELAS REMOVÍVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS OU CABECEIRA DA MESA OU PNEUMATICAMENTE, CAPACIDADE DE PESO DE 200 KG. ACESSÓRIOS: DEVERÃO ACOMPANHAR A MESA NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 JOGOS DE COLCHONETES EM PU; 01 ARCOS DE NARCOSE; 01 PARES DE SUPORTES PARA APOIO DE OMBROS; 01 PARES DE SUPORTES DE BRAÇOS. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	1	R\$ 22.440,00	R\$ 22.440,00
12	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL CAPACIDADE DE 06 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS, POSSUIR VÁLVULAS DE SEGURANÇAS E FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO	UND	1	R\$ 3.264,00	R\$ 3.264,00

CNPJ: 23.718.034/0001-11





	FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA				
13	AR CONDICIONADO FUNÇÃO QUENTE E FRIO, TIPO SPLIT E CAPACIDADE DE 9000 A 12000BTUS GARANTIA DE 12 MESES	UND	2	R\$ 2.295,00	R\$ 4.590,00
14	CAMA PPP MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO DE LEITO. APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR, MUNHEQUEIRAS E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DE PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO DE 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO. COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	1	R\$ 12.240,00	R\$ 12.240,00

3.2. As empresas que não oferecerem os tipos de produtos constantes da Planilha Descritiva dos Materiais, anexo no Termo de Referência, deverão apresentar produtos com especificações iguais ou superiores.

3.3. As quantidades apresentadas são estimativas, portanto, as Unidades Administrativas somente pagarão aquela quantidade que formalmente for solicitada e fornecida. Saliente se que, não alcançando todo quantitativo previsto, a contratada não terá direito de realizar qualquer tipo de cobrança administrativa ou judicial.

OBS: O licitante contratado deverá seguir rigorosamente as normas e regulamentos relacionados às condições de trabalho exigidos no Termo de Referência, se observada qualquer anormalidade nos produtos poderão ser suspensos/rescindidos, ficando ainda a licitante vencedora sujeita as penalidades da Lei.

4. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA

4.1. Natureza Jurídica: pessoa Jurídica.

4.2. Atuação: Empresa deverá ter atuação no fornecimento de material de expediente e armarinho. Esta atuação não será exigida como condição para credenciamento, mas será avaliada no julgamento da qualificação técnica, incluindo demonstração de experiências anteriores através de atestado de capacidade técnica, contrato e Nota.

5. VALOR ESTIMADO

5.1. O objeto deste Pregão Presencial é estimado no valor R\$ 392.647,52 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA E DOIS CENTAVOS)

ITEM I - AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 69.360,00

ITEM II - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP): R\$ 12.546,00

ITEM III- AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 48.960,00

ITEM IV- AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 47.430,00

ITEM V- AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 8.670,00

ITEM VI- AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 5.406,00

CNPJ: 23.718.034/0001-11

Rua Minas Gerais, 420 - Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará - Brasil.





ITEM VII- AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 2.841,21 ITEM VIII- AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 880,31 ITEM IX- AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 21.420,00

ITEM X-AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 132.600,00

ITEM XI- AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 22.440,00

ITEM XII- AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 3.264,00

ITEM XIII- EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP): R\$ 4.590,00

ITEM XIV- AMPLA CONCORRÊNCIA: R\$ 12.240,00

SENDO QUE OS ITENS II e XIII- EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

5.2. O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados mediante preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no mercado em contratações similares.

6. DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO PRODUTOS

- 6.2. Os produtos a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
- 6.3. O fornecimento dos produtos não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

7. CONDIÇÕES FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

- 7.2. Os produtos deverão obedecer as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS.
- 7.3. Os produtos deverão acontecer conforme solicitação das secretarias requisitantes.
- 7.4. Os produtos deverão ser fornecidos conforme acordados, em horário normal de expediente e no local especificado pelo órgão gestor.
- 7.5. O início do fornecimento do objeto dar-se-á após a emissão da ordem de fornecimento, mediante as requisições das unidades administrativas, devendo o fornecimento ficar à disposição do contratante no momento em que a mesma solicitar.
- 7.6. A Contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da Contratante.
- 7.7. Caberá à Contratada, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus empregados em bens patrimoniais da Contratante, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da Contratada.
- 7.8. Desde que apurado o dano e caracterizado a autoria de qualquer empregado da Contratada o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer fatura, permitindo a compensação inclusive em faturas vincendas, o que fica desde já pactuado.
- 7.9. A Contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
- 7.10. A Gestão do contrato será das SECRETARIAS REQUISITANTES. Caso Necessário, poderá solicitar suporte do responsável técnico indicado pela Contratada.

8. PAGAMENTO

K

CNPJ: 23.718.034/0001-11



8.2. O pagamento da fatura será efetuado até 30º (trigésimo) dia após a sua certificação pela Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE. Os pagamentos devidos serão efetuados conforme produtos fornecidos, ou seja, de modo parcelado.

8.3.

A Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se o fornecimento dos produtos não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

8.4. O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas

Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS e CNDT, devidamente atualizada.

8.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato terá duração até o dia 31 de dezembro de 2018, contados da data da assinatura, 9.2. podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, garantida a sua eficácia após a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado, que será providenciada pela CONTRATANTE.

A contratação dos produtos não implica vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a

rescisão do contrato ocorrer nos termos do art. 79 da Lei n.º 8.666/93.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 10.

Fornecer os produtos para Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE, observando

rigorosamente as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência;

Substituir os produtos entregues com eventuais defeitos de confecção e/ou fabricação ou que apresentarem eventual alteração de suas características dentro de seus prazos de validade, quando for o caso, sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da notificação dos produtos exigidos neste Termo de Referência;

Comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os

esclarecimentos solicitados;

Cumprir fielmente o Contrato, e, que as aquisições avençadas sejam realizadas de forma que atenda os interesses da Administração;

Fornecer todos os produtos contratados, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos e)

mesmos:

Manter em seu quadro, profissionais comprovadamente capacitados e que integram a relação da equipe técnica apresentada por ocasião da licitação ou que mantenham as características técnicas daquela, de

modo a assegurar a boa qualidade dos produtos a serem fornecidos;

Acatar e atender as reclamações quanto às especificações e qualidade dos produtos fornecidos, sanando eventuais deficiências no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, o que não atenda às especificações do contrato e cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;

Providenciar para que os produtos sejam fornecidos de maneira adequada e em consonância com as

normas de segurança estabelecidas em legislação própria;

Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos fornecidos, e demais custos inerentes ao fornecimento dos produtos; e, ainda, apresentar os documentos fiscais dos produtos em conformidade com a legislação vigente;





Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na vigência i) do contrato, objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93;

Fornecer os produtos através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer k) danos ou fatos que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE, solicitar a substituição daqueles cujo produtos sejam julgados inconvenientes;

Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem

o bom andamento e a bom fornecimento dos produtos;

Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do contrato, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, permitindo o livre acesso dos que dela forem incumbidos a quaisquer dependências e locais de trabalho fornecendo-lhes relatórios e quaisquer informações e documentos que pelos mesmos lhe vierem a ser solicitados, bem como a atender as exigências que forem feitas;

Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, n)

oriundos de atos praticados por seus empregados ou prepostos, durante a execução do Contrato;

Responder perante a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE, mesmo no caso de ausência 0) ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a

não ser para fins de execução do CONTRATO;

- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 10.2. pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre os produtos contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE;
- Responder, com relação aos seus empregados ou prepostos, pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, social ou previdenciária, neste particular de conformidade com o disposto no art. 4º. da Lei n° 9.032/95, que alterou o artigo 71 da Lei n° 8.666/93;

Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros,

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da contratação;

Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;



Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele w)

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 11.

Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de fornecimento, com a) base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações;

Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação; b)

Efetuar o pagamento dos Documentos de Cobrança, no prazo acertado nas condições de pagamento, desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normas contratuais e observem as exigências da legislação aplicável;

Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA para a

execução do contrato:

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA, desde que inerentes ao objeto do Contrato;

Acompanhar a execução do fornecimento dos produtos do objeto contratado, bem como atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva prestação do objeto contratado e o seu aceite;

Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário; g)

Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas no fornecimento dos produtos para h) adoção das providências saneadoras;

Acompanhar o fornecimento dos produtos, por meio de fiscalização, a quem caberá, também, todos

os contatos junto à Contratada;

Pela inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades de constantes do art. 86 e 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

A multa contratual fica estabelecida em 10% (dez por cento) do valor total do contrato; k)

O atraso do fornecimento dos produtos, implicará em multa diária de 0,5% (meio por cento) dos produtos não entregues na data aprazada, incidindo igual multa no caso de fornecimento dos produtos divergentes das especificações;

No segundo atraso no fornecimento dos produtos, a CONTRATANTE poderá além da multa aplicar cumulativamente a advertência e a partir do terceiro, fica facultada a aplicação da cumulada da suspensão de

licitar e impedimento de contratar com a Administração.

- O valor das multas será descontado diretamente de quaisquer créditos porventura existentes em favor da CONTRATADA, junto quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Municipal, a critério do CONTRATANTE.
- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
- contratada. Fazer cumprir os termos da Lei 8.666/93, no que diz respeito ao equilíbrio econômico financeiro durante a execução do contrato.

Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público,

respeitados os direitos da CONTRATADA.

Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93.

DA SUBCONTRATAÇÃO 12.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 12.2.



ADJUDICAÇÃO 13.

13.1. Adjudicação será POR ITEM.

14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTOS

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento dos produtos e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 14.2.

controle do fornecimento dos produtos e do contrato.

A verificação da adequação do fornecimento dos produtos deverá ser realizada com base nos

critérios previstos no Termo de Referência.

A conformidade do material a ser utilizado no fornecimento dos produtos deverá ser verificada 14.4. juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do

art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.7.

A fiscalização de que trata esta cláusula não excluí nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 15.2.

para a Contratante;

Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso injustificado na providência necessária e 1% por dia após o 30º dia de atraso acumulada com as multas cominatórias abaixo:

Multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual será de 10% (dez por

cento);

Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total, com ou 15.5. sem prejuízo para o ente público contratante;





- Suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com a 15.6. entidade licitante e descredenciamento no SICAF, por prazo não superior a 02 (dois) anos, entre outras, nas
- Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 15.7.
- Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 15.8.
- Não mantiver a proposta; 15.9.
- 15.10. Falhar gravemente na execução do contrato;
- 15.11. Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências para reparação de erros.
- 15.12. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados, entre outros comportamentos e em especial quando:
- 15.13. Apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- 15.14. Comportar-se de modo inidôneo;
- 15.15. Cometer fraude fiscal;
- 15.16. Fraudar na execução do contrato
- 15.17. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
- 15.18. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 15.20. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 15.21. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n^{ϱ} 9.784, de 1999.
- 15.22. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.
- 15.23. As multas poderão ser cominadas de forma cumulativa;
- 15.24. O valor das multas aplicadas será descontado "ex-officio" de qualquer crédito existente da CONTRATADA, junto à CONTRATANTE, ou cobrada administrativa ou judicialmente.
- **DISPOSIÇÕES GERAIS** 16.
- A Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE poderá exigir que o vencedor da licitação 16.1. apresente justificativa demonstrando que a sua proposta é exequível.



ANEXO II - INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Local e data Ilmo. (a) Sr. (a) Pregoeiro e equipe Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.07.12.01PP /PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

PROCURAÇÃO

_____, inscrita no Cadastro Nacional de A (nome da empresa) Pessoas Jurídicas sob o n.º _____, com sede à _____, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto à Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.07.12.01PP, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindolhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Carimbo, nome e assinatura do responsável (c/ firma reconhecida)

OBSERVAÇÃO:

Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, de documento de identidade do representante da empresa.

CNPJ: 23.718.034/0001-11



ANEXO III - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Local e data Ilmo. (a) Sr. (a) Pregoeiro e equipe Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE

2018.07.12.01PP /PREFEITURA MUNICIPAL JIJOCA Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº JERICOACOARA/CE cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

DECLARAÇÃO

Sr.(a) de Identidade Registro Geral n Cadastro Nacional de PessoasFí	por intermédio de seu representante legal, o(a) infra-assinado, cargo, portador(a) da Carteira e órgão emitente e inscrita no sicas sob o nº, para cumprimento do previsto no 10.520, de 17/07/2002, DECLARA expressamente que cumpre oilitação exigidos no Edital de Pregão no 2018.07.12.01PP.
	DECLARANTE

OBSERVAÇÃO:

Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, quando solicitado, fora dos envelopes.

2. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não possui regularidade fiscal na data da sessão, a mesma deverá constar nesta Declaração que atende aos requisitos necessários à habilitação, com exceção da regularidade fiscal.

CNPJ: 23.718.034/0001-11

Rua Minas Gerais, 420 - Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará - Brasil.



ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Local e data Ilmo. (a) Sr. (a) Pregoeiro e equipe

Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.07.12.01PP /PREFEITURA MUNICIPAL JIJOCA DE JERICOACOARA/CE cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

Control of the second s	(razão social da empresa),(endereço completo), inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº legal, o(a) Sr.(a) Carteira de Identidade Registro Geral nº inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Fí	infra-assinado, cargo, portador(a) dae órgão emitentee e sicas sob o nº, declara, sob as penas e para qualificação como
Pequeno Porte - EPP), conforme previs	se enquadra: Microempresa - ME ou Empresa de to no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº quer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, avorecido estabelecido, no que couber, nos artigos

DECLARANTE

CNPJ: 23.718.034/0001-11



ANEXO V - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Local e data Ilmo. (a) Sr. (a) Pregoeiro e equipe Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.07.12.01PP /PREFEITURA MUNICIPAL DEJIJOCA DE JERICOACOARA/CE cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

PROPOSTA DE PRECO

Prezados Senhores;

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1.	Proponente:
Raz	ão Social / CNPJ:
End	ereço:
2. Valo	Proposta de Preços; or total da proposta: R\$(
3.	Prazo de validade da proposta:
4.	Condições de pagamento:

(nome e/ou carimbo e assinatura do representante legal da proponente).

CNPJ: 23.718.034/0001-11

Rua Minas Gerais, 420 - Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará - Brasil. CEP: 62.598-000 - Telefone: (88) 3669-1200



ANEXO VI - PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Local e data

Ilmo. (a) Sr. (a)

Pregoeiro e equipe

Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.07.12.01PP /PREFEITURA MUNICIPAL DEJIJOCA DE JERICOACOARA/CEcujo objeto éCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

	PRODUTO	UND	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
TEM	PRODUTO	OND		UNIT	TOTAL
1	ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO COM CAPACIDADE DE RESULTADOS DE 100 AMOSTRAS/HORA. ACESSO RANDÔMICO, TOTALMENTE AUTOMATIZADO. COMPARTIMENTO REFRIGERADO 24H PARA REAGENTES PARA NO MÍNIMO 30 POSIÇÕES, NO MÍNIMO 63 POSIÇÕES DE AMOSTRA E 969 CUBETAS. SISTEMA OPTICO COM 7 COMPRIMENTOS DE ONDA:340-620 NM. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:37 GRAUS °C + 0,1 GRAU °C. METODOLOGIAS: COMPATÍVEIS COM AS TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA. PROGRAMAÇÃO: SISTEMA ABERTO, COM PERFIS E CÁLCULOS QUÍMICOS DEFINIDOS PELO USUÁRIO. SOFTWARE EFICIENTE E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. RÉ E PÓS DILUIÇÃO DE AMOSTRAS. PERMITE CARREGAMENTO CONTINUO DAS URGÊNCIAS SEM COMPROMETER A ROTINA EM ANDAMENTO. CONTROLE DE QUALIDADE COMPLETO. PORTA USB. MEMORIA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 5000 RESULTADOS E 200 PROGRAMAÇÕES DE REAGENTES. ALIMENTAÇÃO A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	10		
2	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE 13 OU AMD A 10 OU SIMILAR; POSSUIR UM DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 8 GIGABYTES, EM DOIS MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZOU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA DEVE TER ARQUITETURA ATX,MICROATX,BTX OU MICROBTX,CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE WWW.FORMFACTORS.ORG,ORGANISMO QUE DEFINE PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO	UND	1		





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	MENOS 1 SLOT PC1-EXPRESS 2.0X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETENÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 2 DUAS SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI,DISPLAY PORT. OU DVI;UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD,DVD ROM; TECLADO USB,ABNT,107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB,800DPI,2 BOTOES,SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POLEGADAS WIDESCREEN 16:9 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS; FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTA TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE PERIFÉRICO DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL E HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO ,MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO;			
3	GARANTIA DE 12 MESES. CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA ADULTO, POSSUIR RODÍZIOS, COM COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28, MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA EM AÇO FERRO PINTADO, ACIONAMENTO POR 03 MANIVELAS. CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO, GRADES LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL E POSSUIR RODÍZIOS. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	15	
4	MONITOR MULTIPARAMETROS 5 PARÂMETROS BÁSICOS (ECG/RESP/SPO2/PN1/TEMP) MONITOR PRE CONFIGURADO DE 10" A 12" POLEGADAS POSSUIR SUPORTE PARA MONITOR. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	10	
5	BISTURI ELÉTRICO ATÉ (150 W) POSSUIR ALARME E FUNÇÃO BIPOLAR. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO	UND	6	

CNPJ: 23.718.034/0001-11

Rua Minas Gerais, 420 – Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará - Brasil. CEP: 62.598-000 – Telefone: (88) 3669-1200





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	FORNECEDOR			
6	POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL DE MÃO E SENSOR SPOZ GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO FORNECEDOR	UNID	10	
7	POSSUIR REGISTRO NA ANVISA CARRO DE EMERGÊNCIA POSSUIR SUPORTE PARA CILINDRO, DE SORO, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, TABUA DE MASSAGEM COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M E POSSUIR 4 A 6 GAVETAS. GARANTIA DE 12 MESES POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	15	
8	MESA DE MAYO EM ACO INOXIDÁVEL	UND	8	
9	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL LED 81.000 A 130.000 LUX PEDESTAL COM RODÍZIOS, BRAÇO ARTICULADO, PAR DE MANOPLAS AUTOLAVÁVEIS, AJUSTE DE LUMINOSA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	12	
10	APARELHO DE ANESTESIA EQUIPAMENTO MICRO PROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE, DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM FREIOS EM PELO MENOS DOIS DELES, MESA DE TRABALHO E BANDEJA PARA APOIO DE MONITORES. COM SISTEMA DE AUTO TESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXOMETRO COM ESCALAS DE ALTO E BAIXO FLUXO NO MÍNIMO PARA OXIGÊNIO (02) E OXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (02) AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SOLDADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01		250	





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPOCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE			
	MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL / ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO / EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA – TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS.			
	MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MEDIA PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 30 MINUTOS.			
	DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO:02 VAPORIZADORES CALIBRADOS DE ENGATE RÁPIDO, 02 CIRCUITOS PACIENTES COMPLETOS ADULTO/PEDIÁTRICO E 02 NEONATAIS COM MASCARAS, FABRICADOS EM SILICONE AUTOLAVÁVEL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANGUEIRAS DE EXTENSÃO PARA AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO (02) E OXIDO NITROSO (N20), BALÃO PARA VENTILAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS			
	NECESSÁRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA			
11	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, COM REVESTIMENTO EM ABS OU MATERIAL SUPERIOR, COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVÉS DE RODÍZIOS. A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE TRAVA ACIONADA POR PEDAL, COM SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIOR FIXAÇÃO AO PISO. COLUNA COM GUIAS COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI DO TAMPO COM	UND	8	




PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIVIDIDO EM NO MÍNIMO 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO E PERNAS. RÉGUAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. TAMPO RADIO TRANSPARENTE PARA USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM, RX EM TODA SUA EXTENSÃO, DIVIDIDO EM 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, PERNAS. OS MOVIMENTOS DE TREDELEMBURG, REVERSO DE TRENDELEMBUG, LATERAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO, DORSO, PERNAS E RENAL DEVERÃO SER ACIONADOS POR MANIVELAS REMOVÍVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS OU CABECEIRA DA MESA OU PNEUMATICAMENTE, CAPACIDADE DE PESO DE 200 KG. ACESSÓRIOS: DEVERÃO ACOMPANHAR A MESA NO MÍNIMO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 JOGOS DE COLCHONETES EM PU; 01 ARCOS DE NARCOSE; 01 PARES DE SUPORTES PARA APOIO DE OMBROS; 01PAR DE SUPORTES DE BRAÇOS. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR			
12	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL CAPACIDADE DE 06 A 10 LITROS, SUPORTE COM RODÍZIOS, POSSUIR VÁLVULAS DE SEGURANÇAS E FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	300	
13	AR CONDICIONADO FUNÇÃO QUENTE E FRIO, TIPO SPLIT E CAPACIDADE DE 9000 A 12000BTUS CAPANTIA DE 12 MESES	UND	30	
14	CAMA PPP MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO DE LEITO. APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR, MUNHEQUEIRAS E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DE PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO DE 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO. COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA. GARANTIA DE 12 MESES INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PELO FORNECEDOR POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	UND	15	

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante (c/ firma reconhecida)





ANEXO VII - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador (es) da futura CONTRATADA, indicando(s) para assinatura do Contrato:

	NOME:	
)	NACIONALIDADE:	
	ESTADO CIVIL:	
	PROFISSÃO:	
	RG:	
	CNPF:	
	DOMICÍLIO:	
)	CIDADE:	
	UF:	
	FONE:	

FAX:

E-MAIL:



ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Local e data
Ilmo. (a) Sr. (a)
Pregoeiro e equipe
Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.07.12.01PP /PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

Prezados Senhores,	
(enderec	ue dispomos de instalações localizadas em co completo), composta de () equipamento(s)
de fax,() linha(s) telefônica(s),	_ () computador (es) e Internet.
Edital da licitação e seus anexos. A (nome da empresa), instrepresentante legal que esta subscreve, o(a) Sr.	eno acordo com todas as condições estabelecidas no scrita no CNPJ n.º, por intermédio de seu (a), portador(a) da Carteira de l.º, DECLARA, sob as penas rá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do do objeto da licitação.
Atenciosamente,	
PROPONENTE CNPJ	Representante Legal da Empresa CPF
(againsture logis	rol ou saguida de carimbo)

(assinatura legível ou seguida de carimbo)

CNPJ: 23.718.034/0001-11



ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Local e data
Ilmo. (a) Sr. (a)
Pregoeiro e equipe
Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.07.12.01PP /PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE

DECLARAÇÃO

mpresa, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº, por intermédio de u representante legal o(a) Sr(a), portador (a) da Carteira de Identidade egistro Geral nº

DECLARANTE

Assinatura do representante legal (legível ou seguida de carimbo)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

*



ANEXO X - FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Local e data
<u>Ilmo. (a) Sr. (a)</u>
<u>Pregoeiro e equipe</u>
<u>Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE</u>

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.07.12.01PP /PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CEcujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma apresente, sob as penas da Lei.

DECLARANTE

CNPJ: 23.718.034/0001-11



ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Local e data Ilmo. (a) Sr. (a) Pregoeiro e equipe Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.07.12.01PP /PREFEITURA MUNICIPAL JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

DECLARAÇÃO

pregão presencial nº	esa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas à
_	DECLARANTE







ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax)

Local e data
Ilmo. (a) Sr. (a)
Pregoeiro e equipe
Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.07.12.01PP /PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, cujo objeto éCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

(empresa)		neste	ato	repr	esentada	por	(nome	do	respo	nsável	ou
representante apresentada.	legal)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ab	aixo	assinado	, de	clara	garant	ir a	propo	osta

A empresa está ciente que quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou no sistema de cadastramento de fornecedores do município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

DECLARANTE

į X



ANEXO XIII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXXXXX/2018/ PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.07.12.01PP.
PROCESSO ADM Nº 2018.07.12.01PP

O MUNICÍPIODE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 23.718.034/0001-11, com sede na Rua Minas Gerais, 420 - Centro- Jijoca de Jericoacoara - Ceará - Brasil. CEP: 62.598-000, neste ato representada pela (o) Secretária (o)Municipal de
com sede, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representanta por seu representante legal, brasileiro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL: O presente Processo de PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, atendendo as especificações e disposições deste Edital e do Termo de Referência e demais anexos.
1.1. O presente contrato decorre de proposta vencedora, apresentada pela CONTRATADA, para o PREGÃO PRESENCIAL , atendendo ao Edital Nº. 2018.07.12.01PP de PREGÃO PRESENCIAL / Termo de Referência e anexos, expedido pela CONTRATANTE, os quais fazem parte integrante do presente contrato para todos os efeitos legais. Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal Nº. 8.666/93, suas posteriores alterações, utilizando-se este ordenamento para dirimir casos
omissos. 1.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO DO PRODUTO: o ato de celebração do contrato vincula em si Ordem Geral do Fornecimento obrigando a CONTRATADA o fornecimento do produto, conforme especificações constantes do anexo do Edital de Licitação № 2018.07.12.01PP de PREGÃO PRESENCIAL.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:



- 3.1. O presente contrato tem sua vigência até dia 31 de dezembro de 2018, contados a partir da data da assinatura do termo contratual;
- 3.2. Os pagamentos serão efetuados conforme estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA.
- 3.3. Pelo fornecimento dos produtos ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATRADA o valor abaixo especificado em parcelas de acordo com o fornecimento dos produtos e em conformidade com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura dos produtosfornecidos, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente.

3.4. O valor do presente contrato, perfaz o montante global de R\$(.....).

3.5. A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal relativa aos produtos efetivamente fornecidos à Secretaria requisitante até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

3.6. A fatura constará dos produtos efetivamente fornecidos no período de cada mês, cujo valor será

apurado através de relatório mensal.

3.7. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo (a) CONTRATADO (A), junto ao setor competente da Prefeitura.

3.8. No corpo da Nota Fiscal devem estar mencionados à descrição dos produtos e demais informações julgadas pertinentes, sendo desejável que o número do CNPJ constante da Nota Fiscal, seja o mesmo constante de sua documentação apresentada na licitação.

3.9. A Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se o fornecimento dos produtos não ocorrer em conformidade com as especificações

estipuladas.

1.1 O pagamento será ser condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS e CNDT, devidamente atualizada.

1.2 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

CLÁUSULA OUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS:

4.1. As despesas decorrentes do presente processo deverão correr por conta das seguintes dotações orçamentárias, para Exercício de 2018:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:1201.10.302.0010.2.064

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 PROJETO/ATIVIDADE: 2.064


ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.52.00

FONTE: 016

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas no art. 58, I, e art. 65, I "b", II "a", "c", "d" e § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período da vigência do contrato. Caso o prazo exceda, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando por base a data da apresentação da proposta, com base no IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso esse seja extinto.







CLÁUSULA SEXTA- DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO: A CONTRATANTE fiscalizaráo fornecimento dos produtos contratados, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, através de servidor indicado pela Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE.

A CONTRATADA, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos que demonstrem o

efetivo cumprimento do compromisso avençado.

Serão aceitos somente o descrito e solicitado no Edital e anexos que correspondam à fiel execução 6.2. do Contrato.

Independentemente dos produtos terem sido, a priori, aceitos pela CONTRATANTE, a 6.3. CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, produtos com vícios, defeitos ou incorreções de execução.

CLÁUSULA SÉTIMA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da CONTRATADA, de outras previstas ou decorrentes deste contrato:

Os produtos deverão ser rigorosamente àqueles descritos no PREGÃO PRESENCIAL, não sendo

aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

Durante a Vigência do PREGÃO PRESENCIAL, a CONTRATADA deverá atender prontamente às 7.2. requisições e especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de fornecimento do Setor solicitante.

Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal 7.3. necessário.

Fornecer os produtos no endereço fornecido pela Prefeitura Municipal de Jijoca de 7.4. Jericoacoara/CE, observando rigorosamente as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência;

Cumprir fielmente o Contrato, e, que os produtos avençados sejam fornecidos de forma que atenda os interesses da Administração;

Fornecer os produtos contratados, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos 7.6. mesmos:

Acatar e atender as reclamações quanto às especificações e qualidade dos produtos fornecidos, 7.7. sanando eventuais deficiências no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, o que não atenda às especificações do contrato e cumprimento dos prazos previamente estabelecidos.

Assumir os ônus decorrentes de deslocamento e estadas do pessoal utilizado para o fornecimento

dos produtos.

Providenciar para que os produtos sejam fornecidos de maneira adequada e em consonância com 7.9.

as normas de segurança estabelecidas em legislação própria;

7.10. Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos fornecidos, e demais custos inerentes ao fornecimento dos produtos e, ainda, apresentar os documentos fiscais dos produtos em conformidade com a legislação vigente.

7.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na vigência do contrato, objeto do presente instrumento até 25% (vinte cincos por cento) do valor inicial

atualizado do Contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93;

7.12. Fornecer os produtos através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltos que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE, solicitar a substituição daqueles cujos serviços sejam julgados inconvenientes.

7.13. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e o bom fornecimento dos produtos.

CNPJ: 23.718.034/0001-11



7.14. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do contrato, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, permitindo o livre acesso dos que dela forem incumbidos a quaisquer dependências e locais de trabalho fornecendo-lhes relatórios e quaisquer informações e documentos que pelos mesmos lhe vierem a ser solicitados, bem como a atender as exigências que forem feitas;

7.15. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos,

oriundos de atos praticados por seus empregados ou prepostos, durante a execução do Contrato;

7.16. Emitir, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatório de todo o objeto do Contrato, contendo todas as informações relacionadas ao escopo dos serviços realizados, os quais deverão ser atestados pelo

fiscal e gestor do Contrato para fins de cobrança;

7.17. Responder perante a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.

7.18. Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo

anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO.

7.19. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre os produtos contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE.

7.20. Responder, com relação aos seus empregados ou prepostos, pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, social ou previdenciária, neste particular de conformidade com o disposto no art.

 4° . da Lei n° 9.032/95, que alterou o artigo 71 da Lei n° 8.666/93;

7.21. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

7.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.24. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União,

Estado, Município ou terceiros, decorrentes da contratação.

7.25. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.

7.26. Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.27. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante





autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o

valor correspondente aos danos sofridos;

7.28. Após emissão da Ordem de Fornecimento dos Produtos, a licitante contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para início do Fornecimento dos Produtos solicitados pela Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE além de outras previstas ou decorrentes deste Contrato:

Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de fornecimento de 8.1. produto, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 8.2.

Efetuar o pagamento dos Documentos de Cobrança, no prazo acertado nas condições de pagamento, desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normas contratuais e observem as exigências da legislação aplicável;

Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA para o 8.4.

fornecimento do contrato;

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados, 8.5. encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA, desde que inerentes ao objeto do Contrato;
- Acompanhar o fornecimento do produto do objeto contratado, bem como atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva prestação do objeto contratado e o seu aceite;

Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário; 8.7.

Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas no fornecimento dos produtos 8.8. para adoção das providências saneadoras;

Acompanhar o fornecimento dos produtos, por meio de fiscalização, a quem caberá, também,

todos os contatos junto à Contratada;

8.10. Pela inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades de constantes do art. 86 e 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

8.11. A multa contratual fica estabelecida em 10% (dez por cento) do valor total do contrato;

8.12. O atraso no fornecimento dos produtos implicará em multa diária de 0,5% (meio por cento) dos produtos não fornecidos na data aprazada, incidindo igual multa no caso de fornecimento dos produtos divergentes das especificações.

8.13. No segundo atraso no fornecimento dos produtos,a CONTRATANTE poderá além da multa aplicar cumulativamente a advertência e a partir do terceiro, fica facultada a aplicação da cumulada da suspensão

de licitar e impedimento de contratar com a Administração.

8.14. O valor das multas será descontado diretamente de quaisquer créditos porventura existentes em favor da CONTRATADA, junto quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Municipal, a critério do CONTRATANTE.

8.15. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela

contratada.

8.16. Fazer cumprir os termos da Lei 8.666/93, no que diz respeito ao equilíbrio econômico financeiro durante a execução do contrato.

8.17. Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público,

respeitados os direitos da CONTRATADA.

8.18. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93.







Constituemmotivos para rescisão do contrato as CLÁUSULA NONA - DOS CASOS DE RESCISÃO: hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.

9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou por acordo entre as partes nas

formas e condições definidas na Lei nº 8.666/93.

Para a rescisão unilateral a CONTRATANTE deve proceder à notificação à CONTRATADA, por escrito, com a antecedência de 15 (quinze) dias, sem que lhe caiba qualquer ônus, dispensado este prazo quando o motivo da rescisão for imputável à CONTRATADA.

9.3. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências prevista no art. 80,

incisos I a IV, ambos da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. A CONTRATADA estará sujeita à imputação das penalidades, abaixo referidas, conforme decidir o Prefeito Municipal se Cometer infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos

para a Contratante;

10.1.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso injustificado na providência necessária e 1% por dia após o 30º dia de atraso acumulada com as multas cominatórias abaixo:

10.1.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual será

de 10% (dez por cento); 10.1.2.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total,

com ou sem prejuízo para o ente público contratante;

- 10.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com a entidade licitante e descredenciamento no SICAF, por prazo não superior a 02 (dois) anos, entre outras, nas hipóteses:
- 10.1.3.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;
- 10.1.3.2. Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto;

10.1.3.3. Não mantiver a proposta;

10.1.3.4. Falhar gravemente na execução do contrato;

10.1.3.5. Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências para

reparação de erros.

- 10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados, entre outros comportamentos e em especial quando:
- 10.1.4.1. Apresentar documentação falsa exigida para o certame;

10.1.4.2. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.4.3. Cometer fraude fiscal;

10.1.4.4. Fraudar na execução do contrato

- 10.2. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
- 10.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.2.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;



10.2.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados. 10.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

10.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

10.5. As multas poderão ser cominadas de forma cumulativa;

10.6. Os valores das multas aplicadas serãodescontados "ex-officio" de qualquer crédito existente da CONTRATADA, junto à CONTRATANTE, ou cobrado administrativa ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

O presente Contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas dos incisos I a V, do art. 58 e art. 77, da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

12.1. Os valores devidos à CONTRATADA serão pagos por meio de transferência bancária em moeda corrente do país, considerando o efetivo pagamento a data da ordem de pagamento efetuada ao estabelecimento bancário pela CONTRATANTE, no caso de vir a ser adotado o pagamento por ordem bancária ou o crédito em conta corrente.

12.2. A CONTRATANTE designará um servidor qualificado, para exercer a fiscalização deste Contrato, obrigando-se a CONTRATADA a acolher e cumprir de imediato as recomendações determinadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Aplicam-se ao presente contrato dos documentos abaixo relacionados de conhecimento de ambas as partes independentemente de transcrição:

13.1.1. Instrumento Convocatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº2018.07.12.01PP e seus Anexos.

13.1.2. Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1. O presente Contrato tem a natureza de contrato administrativo na forma da Lei nº 8.666/93, regulando-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14.2. Os casos omissões serão dirimidos por acordo entre as partes, respeitados as normas e princípios da legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE

15.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contratado, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por aqueles que pretendem contratar com a Administração Pública, para o ramo pertinente, como previsto nos artigos 27 a 31, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Jijoca de Jericoacoara/CE, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de quaisquer medidas judiciais, pertinente ao presente contrato.

Por acordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes contratantes, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que, igualmente, o assinam.









Jijoca de Jericoacoara/CE,....de......de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE	CONTRATADA
Γestemunhas:	
Nome: CPF:	Nome: CPF:

